

BESCHREIBUNGSÄNDERUNG

MANUAL CHANGE INFORMATION

Rohde & Schwarz ist bemüht, alle Produktverbesserungen und Ergänzungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt in die Geräte einzubauen. Es kann daher vorkommen, daß die Gerätebeschreibungen in einzelnen Punkten den neuesten Stand noch nicht beinhalten. Um den Kunden trotzdem über den aktuellen Zustand seines Gerätes zu informieren, sind nachfolgende Ergänzungsblätter eingefügt.

Rohde & Schwarz endeavours to implement all improvements and extensions to their instruments at the earliest opportunity. Thus, it may happen that certain sections of the manual are not quite up to date. In order to provide the customer with the latest information on his instrument, the following supplementary sheets are enclosed with each manual.

Gerätetyp: SMFP2 332.0015... F Nr. 880.159/
Instrument Type:

Baugruppe: Subassembly:	Änderung: Modification:
302.6615.01 S Interpolations- oszillator -100 Hz Interpolation oszillator 100 Hz	Pl. Q. 8/5: T 1 → U 310 (AM454.6217) R 11 → 10 K (RL083.1297) R 12 → 1,2 K (RL083.0655) C 11 → 560 p (CC087.7002) R 14 (10Ω RL082.8852) hinzu zwischen/added between C 1 und/and T 1.S
332.1570.01 S HF-Verstärker RF amplifier	C 62 → 10 nF (CC087.7525)